

持続グルコース測定器(リブレ等)・インスリンポンプを

ご使用の受診者様へ

放射線の影響を受け、何らかの誤作動や故障の原因となることが報告されている為、

当施設では日本糖尿病協会、機器販売メーカーの指導に基づき

以下の対応を取らせていただきます。

何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。




当施設では、持続グルコース測定器(リブレ等)・インスリンポンプを
装着したまま下記の検査をご受診いただくことはできません



胸部 X 線

マンモグラフィ



胃部 X 線

CT 検査



【検査を希望される際の注意事項】

- 測定器を取り外していただければ X 線検査をご受診いただけます。
ただし、健診受診の為に測定器の着脱を行ってよいか、事前に主治医にご確認ください。
- 測定器の取り外しを行う受診者様は交換用をご持参ください。
- 当施設スタッフによる測定器の脱着は行っておりません。
- 健診の受診時期につきましては、測定器の交換時期と合わせてご受診いただくことをお勧めいたします。

ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます

ペースメーカー 及び ICD(植込み型除細動器)を

ご使用の受診者様へ

ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)は放射線の照射を一定時間以上受けることでの本体が誤作動を起こす危険性があります。

また、マンモグラフィ検査は圧迫して撮影をする為ペースメーカー本体にも大きな圧力がかかり破損の恐れがあります。

その為、当施設では以下の対応を取らせていただきます。

何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

当施設では、ペースメーカー 及び ICD(植込み型除細動器)をご使用の受診者様は下記の検査をご受診いただくことはできません

胃 部 X 線



CT 検 査



マンモグラフィ



体脂肪測定

※胸部 X 線は連続して長い間照射し続けることはないので、影響を受けることはありません。
胸部 X 線は受診していただけます。



ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます